

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2019] 长 量 标 企 证 字 第 281 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 长沙中通检测技术服务有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 浊度计检定装置
Name of Measurement Standard

代码 46517700
Code

测量范围 (0~4000) NTU
Measuring Range

不确定度或准确度等级 $U_{rel}=4\%$ ($k=2$)
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路30号6楼
Installed in

发证机关 (印章)
The Issuing Authority

发证日期 2019 年 03 月 15 日
Date of Issue

有效期至 2023 年 03 月 14 日
Date of Expiry

计 量 标 准 器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	水质浊度溶液 标准物质	400 NTU	(0~400) NTU	$U_{rel}=3\%$ $k=2$	四川中测标物科技有 限公司/002011805
	水质浊度溶液 标准物质	4000 NTU	(0~4000) NTU	$U_{rel}=3\%$ $k=2$	四川中测标物科技有 限公司/002021805
	聚合物悬浮液浊度 标准物质	/	/	浊度值<0.2%	中国计量科学研究院 /201808
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	容量瓶	50mL 、 100 mL	50 mL 、 100 mL	A级	ZT-7012
	分度吸量管	10mL、1mL、 0.5mL	10mL、1mL、0.5mL	A级	/
	绝缘电阻测试仪	DY30-2	(0~19)GΩ	5级	DUOYI/ 0233684
	温湿度表	HTC-1	(0~50)℃ (0~90)%RH	温度: $t=0.5^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 湿度: $t=3\%\text{RH}$ $k=2$	ZT-05
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	浊度计 -----	(0~4000) NTU -----	MPE: $\pm 10\%$ -----	JJG 880-2006浊度计检定规程 -----	