

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2019] 长 量标 企 证字 第 293 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 长沙中通检测技术服务有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 医用注射泵和输液泵校准装置 代码 12319000
Name of Measurement Standard Code

测量范围 流量：(0.5~1000) mL/h 阻塞压力：(70~200) kPa
Measuring Range

不确定度或准确度等级 流量MPE：(0.5~16)mL/h：±2%读数+1个字
或最大允许误差 [16~200]mL/h：±1%读数+1个字
Uncertainty or Accuracy Class (200~1000)mL/h：±2%读数+1个字
Maximum Permissible Error 阻塞压力 MPE：±1%读数+1个字

保存地点 长沙市岳麓区检验检测特色产业园 A1 栋
Installed in

发证机关 (印章)
The Issuing Authority

发证日期 2019 年 07 月 31 日
Date of Issue

有效期至 2023 年 07 月 30 日
Date of Expiry

计 量 标 准 器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	医用注射泵和 输液泵检测仪	IDA 4 PLUS	流量: (0.5~1000) mL/h 阻塞压力: (70~200) kPa	流量MPE: (0.5~16)mL/h: $\pm 2\%$ 读数 +1 个字 [16~200]mL/h: $\pm 1\%$ 读数 +1 个字 (200~1000)mL/h: $\pm 2\%$ 读数 +1 个字 阻塞压力MPE: $\pm 1\%$ 读数 +1 个字)	FLUKE 14307
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	/	/	/	/	/
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	医用输液泵	流量 (5~1000) mL/h; 阻塞压力: (70~200) kPa	MPE: $\pm 8\%$; MPE: ± 13.33 kPa或 设定值的30%	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》	
	医用注射泵 -----	流量 (5~1000) mL/h; 阻塞压力: (70~200) kPa -----	MPE: $\pm 6\%$; MPE: ± 13.33 kPa或 设定值的30% -----	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 -----	