

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2019] 长 量标 企 证字 第 294 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 长沙中通检测技术服务有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 数字多用表校准装置
Name of Measurement Standard

代码 15115500
Code

测量范围 直流电压：100mV~1000V，交流电压：100mV~1000V，
Measuring Range 直流电流：100 μ A~10A，交流电流：100 μ A~10A，电阻：100 Ω ~10M Ω

不确定度或准确度等级	直流电压：100mV~1000V	MPE: $\pm(0.03\% \text{读数} + 0.02\% \text{量程})$;
或最大允许误差	交流电压：100mV~1000V	MPE: $\pm(0.03\% \text{读数} + 0.07\% \text{量程})$;
Uncertainty or Accuracy Class or	直流电流：100 μ A~10A	MPE: $\pm(0.05\% \text{读数} + 0.02\% \text{量程})$;
Maximum Permissible Error	交流电流：100 μ A~10A	MPE: $\pm(0.03\% \text{读数} + 0.07\% \text{量程})$;
	电阻：100 Ω ~10M Ω	MPE: $\pm(0.1\% \text{读数} + 20\text{m} \Omega)$

保存地点 电学室
Installed in

发证机关(印章)
The Issuing Authority

发证日期 2019 年 07 月 31 日
Date of Issue

有效期至 2023 年 07 月 30 日
Date of Expiry

计量 标准 器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	便携式校准仪	HT30-I	DCV: 100mV~1000V; ACV: 100mV~1000V; DCA: 100 μ A~10A; ACA: 100 μ A~10A; R: 10 Ω ~10M Ω	MPE: $\pm$ (0.03%读数+0.02%量程) MPE: $\pm$ (0.03%读数+0.07%量程) MPE: $\pm$ (0.05%读数+0.02%量程) MPE: $\pm$ (0.03%读数+0.07%量程) MPE: $\pm$ (0.1%读数+20m Ω)	潍坊华泰电子仪器 有限公司 3129148
主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment	/	/	/	/	/
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	数字多用表 -----	直流电压: 100mV~1000V, 交流电压: 100mV~1000V, 直流电流: 100 μ A~10A, 交流电流: 100 μ A~10A, 电阻: 10 Ω ~10M Ω -----	0.2级及以下 -----	JJF1587-2016 数字多用表校准规范 -----	